

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu310-05-kompatybilno-p-105.html>

Czujnik SpO2 typu Criticare, taśma noworodkowa, wtyk 5 pin, kabel 3m



Cena brutto	432,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	05-430-05
Kod producenta	CR001-2002E

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U310-05

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Criticare	1100, 2200, 500, 500A 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507/S, 507O/P, 507E/P/R, 507SD, 508, 509, 581, Poet (602-3A), Scholar

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 5 pin
	Technologia	Criticare
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy