

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/lista-referencyjna-producentnumer-oem-unimedu310-10-p-186.html>

Czujnik SpO2 typu Critikon, taśma noworodkowa, wtyk 7 pin, kabel 3m



Cena brutto	453,60 zł
Cena netto	420,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	10-430-10
Kod producenta	CR001-3001E

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U310-10

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	GE Healthcare > Critikon > Dinamap	8721, Dinamap 8700, Dinamap 8710, Dinamap 8720, Dinamap Pro, Dinamap Pro 8280, Dinamap Pro 9700, Dinamap Pro 9710, Oxyshuttle

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Noworodki 1-4 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Lemo 7 pin
	Technologia	Critikon
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy